





BEDIENUNGSANLEITUNG SMART











Hinweise zur ersten Inbetriebnahme:



Bei der Inbetriebnahme des SMART Meß- und Regelgerätes befinden Sie sich unmittelbar im Hauptmenü.

Durch Drücken der Tasten  bzw.  erhöhen bzw. verringern Sie den Kontrast der Displayanzeige. (Nur im Hauptmenü - Meßwertanzeige)

Um von einem Menüpunkt zum anderen zu wechseln, betätigen Sie die Taste  .

Möchten Sie in einem Menüpunkt eine Änderung vornehmen, bzw. in ein Untermenü gelangen, so drücken Sie  . Danach können Sie mit der Taste  bzw.  den Wert erhöhen oder verringern und mit den Tasten  oder  den Cursor nach rechts bzw. nach links verschieben.

Um den eingestellten Wert zu übernehmen, drücken Sie  , z.T. ist diese Taste zweimal zu drücken (z.B. GRENZWERT), oder verwerfen Sie den Wert mit  +  .

Zurück ins Hauptmenü gelangen Sie durch zweimaliges Drücken der Tastenkombination  +  .



SMART LC-pH Hauptmenü

Sprung zu einer Menüfunktion über die Eingabe der Menünummer

Einstellung bzw. Änderung der gewünschten Konfiguration

CODE Codeabfrage (falls vorhanden)

MENUE Nr.

KONFIG

KONFIG. 1

KONFIG. 2

KONFIG. 3


INFO

PH / mV

pH bzw. mV Anzeige

Meßwert Anzeige

Relaiszustand Anzeige:



Kanal 2 angezogen
Kanal 3 angezogen

pH / REDOX Kalibrierung
Seite 7

Abruf und Anzeige der eingestellten Parameter
(Keine Einstellmöglichkeit!)

INFORMATIONSEBENE Seite 3

KONFIGURATIONSEBENE 1 Seite 4


KONFIGURATIONSEBENE 2 Seite 5

KONFIGURATIONSEBENE 3 Seite 6


Tastenbeschreibung

- Bestätigen und auswählen
- * Alarm zurücksetzen
- Abbrechen / Zurück
- Menü rotieren / Zahlenwert erhöhen
- Zahlenwert verringern
- Cursor nach rechts verschieben
- * (Display-Kontrast von 1 bis 12 einstellen)
- Cursor nach links verschieben


Informationsebene




Konfigurationsebene 1




Konfigurationsebene 2



Konfigurationsebene 3




pH / Redox - Kalibrierung



Konfigurationsbeispiel für pH-Endkontrolle mit Schreiberausgang

Hauptmenü



Für die pH-Endkontrolle wird Kanal 3 als Alarm konfiguriert.

Obere Grenzwert ist auf 9,00pH eingestellt.

Untere Grenzwert ist auf 6,50pH eingestellt.


Zeitverzögerung 0,1 Minuten.

Akustisches Signal - EIN.

Analogausgang 1 ist als Schreiberausgang konfiguriert.

Ausgangssignal 0-20mA entsprechen einem

Meßwert von 2 bis 12,00pH.



Konfigurationsbeispiel für 2-seitige pH-Neutralisation

Hauptmenü

Für die 2-seitige pH-Neutralisation werden die Kanäle 1 und 2 als Impulslängenregler konfiguriert.

Kanal 1 wird zur Laugendosierung verwendet. Die Grenzen sind auf 4,00 pH (max. Dosierung) und 7,00 pH (Null Dosierung) eingestellt.


Maximale Periodendauer wird auf 60,0 sek. eingestellt (Pumpentyp abhängig).

Integrieranteil (I-Anteil) wird auf 0% gesetzt. (Nur Interessant bei Durchlaufneutralisation).

Kanal 2 wird zur Säuredosierung verwendet. Die Grenzen sind auf 8,50 pH (Null Dosierung) und 11,50 pH (max. Dosierung) eingestellt.

Maximale Periodendauer wird auf 60,0 sek. eingestellt (Pumpentyp abhängig).


Integrieranteil (I-Anteil) wird ebenfalls auf 0% gesetzt.



Konfigurationsbeispiel für **einen Grenzwert** (Relais schaltet bei Überschreitung)

Hauptmenü


Kanal 2 wird als Grenzwertschalter verwendet.
 Die obere Grenze ist auf 8,50 pH eingestellt.
 Die Hysterese auf 0,50pH,
 d.h. ist der pH-Wert größer 8,50 schaltet
 das Relais ein, bei kleiner 8,00 schaltet
 das Relais aus.
 Die untere Grenze ist auf AUS.
 Relais auf DAUER-Kontakt.
 Und die Ein-/ Ausschaltverzögerungen
 stehen auf Null.



Konfigurationsbeispiel für **einen Grenzwert** (Relais schaltet bei Unterschreitung)

Hauptmenü

Kanal 2 wird als Grenzwertschalter verwendet.
 Die obere Grenze ist auf AUS.
 Die untere Grenze ist auf 4,00 pH eingestellt.
 Die Hysterese auf 0,50pH.
 d.h. ist der pH-Wert kleiner 4,00 schaltet
 das Relais ein, bei größer 4,50 schaltet
 das Relais aus.
 Relais auf DAUER-Kontakt.
 Und die Ein-/ Ausschaltverzögerungen
 stehen auf Null.



Sicherheitstechnische Hinweise

Alle Hinweise über Gefahren bei der Benutzung des Gerätes sind zu beachten. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, übernehmen wir keine Haftung. Vor dem Anschließen des Gerätes an die Hilfsenergie ist sicherzustellen, daß Spannungswert (V) und Spannungsart (AC oder DC) mit der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.



Das Gerät ist für den Einbau in Schalttafeln, Schaltschränke oder Wandaufbaugehäuse vorgesehen und darf nur im eingebauten Zustand betrieben werden. Es dürfen keine von Hand lösbaren Abdeckungen eingesetzt werden, deren Entfernen das Berühren gefährlicher Spannungen ermöglicht. Gemäß DIN/VDE 0411 muß die Hilfsenergie für das Gerät mit einem Netzschalter zweipolig abschaltbar sein.

Die SMART-Serie besitzt eine Schutzerdung. Der Schutzleiter ist mit dem Ringkabelschuh an die M4-Einpreßmutter an der Geräterückseite anzuschließen (siehe Rückwand Skizze). Das Lösen des Schutzleiteranschlusses bei angeschlossener Netzspannung ist nicht gestattet.

Eine eventuelle Instandsetzung oder der Austausch von Teilen sowie die Änderung von Standardeinstellungen bzw. der Abgleich auf den im Modulgehäuse befindlichen Leiterplatten darf ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden, der mit den damit verbundenen Gefahren und den VDE-Bestimmungen vertraut ist.




Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1, ist gemäß DIN/VDE 0411 gebaut und geprüft und hat das Werk endgeprüft und dauergetestet in einwandfreiem Zustand verlassen.






Dieses Gerät entspricht den Forderungen der EMV-Richtlinie (89/336/EWG), der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) und der Maschinenrichtlinie (89/392/EWG). Es wurde entsprechend den nachfolgend aufgeführten Normen gebaut und geprüft:

DIN-EN 61010-1, DIN-EN 50081-1, DIN-EN 50082-1

Einbaumaße:



Fehlermeldungen

Fehlermeldungen			
	Fehler Ursache	Display Anzeige	Auswirkung
1	Temperaturfühler Fehler (Kabelbruch) Im Messmodus wenn TK.M. = AUTO, im Kalibriermodus wenn TK.C. = AUTO	 Anzeige abwechselnd mit Meßwert	Alarm wird ausgelöst, alle Kanäle AUS.
2	Temperaturfühler Fehler (Kurzschluß) Im Messmodus wenn TK.M. = AUTO, im Kalibriermodus wenn TK.C. = AUTO	 Anzeige abwechselnd mit Meßwert	Alarm wird ausgelöst, alle Kanäle AUS.
3	Kalibrierung Fehler. Die Steilheit ist kleiner 49mV oder größer 60mV. Oder die Nullpunktabweichung ist größer ± 50 mV.	 Anzeige abwechselnd mit Meßwert	Alarm wird ausgelöst, restliche Regelfunktionen EIN.
4	Analogausgang 1 Bürde über 500Ohm oder die Leitung unterbrochen.	 Anzeige abwechselnd mit Meßwert	Alarm wird ausgelöst, restliche Regelfunktionen EIN.
	Messbereichüberschreitung		—————



pH/Redox

Meßbereich: 0,00...14,00 pH / ±1800 mV (Redox)

Genauigkeit: ±0,20 pH / ± 20 mV

Eingangswiderstand: >10¹² Ohm

automatische Temperaturkompensation mittels Pt100.

Temperaturkompensation


Sensor: PT100 in 2-Leitertechnik

Ausgänge:

2 potentialfreie Relaiskontakte (Umschalter):
250VAC / 8A bei ohmscher Last
sind den Meßeingängen beliebig zuzuordnen,
konfigurierbar als:

- Rel. 2-3 - GW: Grenzwertschalter
- Rel. 3 - Alarm: Überwachung
- Rel. 2-3 - PRI: proportionaler Impulslängenregler
- Rel. 2-3 - PRF: proportionaler Impulsfrequenzregler

GW: Grenzwertschalter einstellbar:

- mögliche Schaltcharakteristik:  / / /
- Dauer oder Wischkontakt
- Schaltverzögerung 0...9999 Sek.
- Schalthysterese: 5...500 Digit

Alarm: Überwachung einstellbar:

- Optisches Signal
- Akustisches Signal
- Zeitverzögerung 0,1...999,9 Min.
- manuell zurückzusetzen

PRI: proportionaler Impulslängenregler einstellbar:

- Integrieranteil in 3 Stufen zuschaltbar
- Periodendauer: 4...120 Sek.

PRF: proportionaler Impulsfrequenzreg. einstellbar:

- Integrieranteil in 3 Stufen zuschaltbar
- Impulsfolgefrequenz: 0...3 Hz
- Impulslänge: 170 ms fest

Betriebsspannung: 230 V AC -20% / +10%
50/60 Hz

optional: 24V AC, 24V DC, 12V DC

Leistungsaufnahme: < 6 VA

Umgebungstemperatur: 0...50°C

Gehäuse: Einbaugeschäft nach DIN 43 700
Material: flammwidriges Noryl
Frontmaß: 48 x 96 mm
Frontplattenausschnitt: 44,0 x 90,5 mm
Einbautiefe: 120 mm

Anschlüsse: Steck-Schraubklemmen

Gewicht: ca. 450g

Klimafestigkeit: rel. Feuchte < 75% ohne Betauung
Elektrische Sicherheit: nach EN 61 010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2
Schutzklasse: 1
Schutzart: nach EN 60 529
frontseitig IP65

Elektromagnetische Verträglichkeit:
nach NAMUR-Empfehlung NE21,
EN 50 081 Teil 1, EN 50 082 Teil 2



Spritzwasserdichte Frontfolie
Beleuchtetes Display

Artikelnummer: **13001300**


1 Analogausgang optional
(muß zusätzlich bestellt werden)

- Standardsignal 0/4 ... 20 mA
- dem Anzeigewert frei zuzuordnen
- maximale Bürde: 500 Ohm
- Kabelbrucherkennung













Art.Nr.: **130000036**

mit galvanischer Trennung

Art.Nr.: **1300B1050**





KURZANLEITUNG pH-KALIBRIEREN



Die Anzeige blinkt, wenn die Steilheit kleiner 49mV oder größer 60mV ist. Oder die Nullpunktabweichung größer $\pm 50mV$ ist. In diesem Fall wird die Steilheit auf 57mV und der Nullpunkt auf 0mV gesetzt.

Kalibrierung wiederholen!



Messung			
Problem	Mögliche Ursachen	Nr.	Hinweise
Falscher Messwert	Messkette (Elektrode) falsch angeschlossen	M1	<p>Messkette Anschluss überprüfen</p> <p>Smart LC pH</p> <p style="padding-left: 40px;">Klemme 1.3 ← Abschirmung Klemme 1.4 ← Innenleiter</p> <p>Smart 96 pH</p> <p style="padding-left: 40px;">Klemme 1.10 ← Abschirmung Klemme 1.11 ← Innenleiter</p> <p>Schwarze halbleitende Schicht unter der Abschirmung vollständig entfernen. (Fingerabrücke auf der Innenisolierung vermeiden)</p>
	pH Kabel defekt	M2	Nur spezielles pH-Messkettenkabel verwenden Anstückeln vermeiden, vor Feuchtigkeit schützen. Kabel nicht scharf knicken.
	Gerät nicht auf Messkette kalibriert	M3	Gerät laut Anleitung "KURZANLEITUNG pH-KALIBRIEREN" kalibrieren
	Temperaturkompensation falsch eingestellt	M4	<p>Menü Nr. 3004 TKM Art der Temperaturkompensation während des Messens</p> <p>Menü Nr. 3005 TKC Art der Temperaturkompensation während des Kalibrierens</p> <p>Smart LC pH</p> <p style="padding-left: 40px;">Pt 100 auf Klemme 1.5 + 1.6 → TKM/TKC Auto</p> <p style="padding-left: 40px;">Klemme 1.5 + 1.6 offen → TKM/TKC Mediumtemperatur eingeben</p> <p>Smart 96 pH</p> <p style="padding-left: 40px;">Pt 100 auf Klemme 1.12 + 1.15 → TKM/TKC Auto</p> <p style="padding-left: 40px;">Klemme 1.12 + 1.15 offen → TKM/TKC Mediumtemperatur eingeben</p>
Kalibrierfehler blinkende Anzeige nach dem Kalibrieren	Messkette verschmutzt oder defekt (bzw. verbraucht)	M5	Messkette auf Verschmutzung oder Glasbruch überprüfen Reinigen bzw. austauschen Feuchtigkeit im Steckkopf vermeiden
	Pufferlösungen falsch eingestellt	M6	Es muss immer eine Pufferlösung für Nullpunkt und für Steilheit verwendet werden
		M7	<p>Die zur Verfügung stehenden Pufferlösungen im Gerät einstellen:</p> <p>Menü Nr. 3006 Nullpunkt z.B. (Standard pH 7,00)</p> <p>Menü Nr. 3007 Steilheit z.B. (Standard pH 4,00)</p> <p>Menü Nr. 3008 Steilheit z.B. (Standard pH 9,99)</p>
	Pufferlösungen alt bzw. verbraucht	M8	Pufferlösungen austauschen
	Temperaturkompensation	M9	siehe M4




Messung			
Problem	Mögliche Ursachen	Nr.	Hinweise
nur Smart LC pH			
Falscher Messwert Nur für Analogausgang (Nicht bei ISO Analogausgang)	Analog- ausgangssignal stört, da keine galvanische Trennung vorhanden	M10	Den Analogausgang abklemmen. Wenn danach der Messwert in Ordnung ist, muß der Analogausgang gegen einen ISO Analogausgang ausgetauscht werden. (Bestell Nr. 1300B1050)
nur Smart 96 pH			
E.L. Fehler (Elektrodenfehler)	Elektroden- überwachung falsch eingestellt	M11	Menü Nr. 3009
	Elektrodenkabel nicht richtig angeschlossen	M12	siehe Nr. M1
	pH Kabel defekt	M13	siehe Nr. M2
	Messkette defekt	M14	Messkette auf Glasbruch prüfen und ggf. austauschen.
E.L. Fehler↑	Unterbrechung	M15	Messkette verbraucht oder Kabel unterbrochen.
E.L. Fehler↓	Schluss	M16	Glasbruch oder Kabel Schluß bzw. Feuchtigkeit im Stecker bzw. Kabel.
pH/mV-Anzeige wechselt mit Temperatur-Anzeige	Anzeige auf Wechsel gestellt	M17	Menü Nr. 3002 2 mal Enter drücken, dann Auswählen zwischen DAUER : kein automatischer Wechsel der Anzeige, manueller Wechsel möglich. WECHSEL : pH/mV Wert wird im Wechsel mit der Temperatur angezeigt.
Datenausgang: funktioniert nicht	Empfangs- Sendeleitung nicht gekreuzt	M18	Die Leitungen: RXD vom SMART mit TXD am (PC) verbinden und TXD vom SMART mit RXD vom (PC) verbinden.
Datenausgang: falsches Datum und Uhrzeit	Uhrzeit und Datum werden bei einer Netzunterbrechung zurückgesetzt.	M19	Menü Nr. 1001 einstellen : Uhrzeit Menü Nr. 1002 einstellen : Datum



Relaisausgänge			
Problem	Mögliche Ursachen	Nr.	Hinweise (X steht für die Kanal Nr.)
Grenzwert lässt sich nicht einstellen (nur bei LF Geräten)	Die Grenzwerte überschneiden sich	R1	Bei jedem Kanal kann ein oberer ↑ und ein unterer ↓ Grenzwert eingestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß der obere Grenzwert ↑ höher einzustellen ist als der untere Grenzwert ↓, bzw. der nicht benötigte Grenzwert ausgeschaltet wird. (siehe Konfigurationsbeispiele)
	Grenzwert überschreitet den gewählten Messbereich	R2	Grenzwerte müssen innerhalb des gewählten Messbereichs sein. evtl. Messbereich erweitern. Menü Nr. 3008
Relais schaltet nicht ein, aus bzw. unkontrolliert	Kanal nicht eingeschaltet	R3	Menü Nr. 2X01 Kanal kontrollieren.
	Grenzwert nicht richtig eingestellt	R4	Grenzwerte kontrollieren: ↑ bedeutet :Bei Überschreiten wird das Relais aktiv. ↓ bedeutet: Bei Unterschreiten wird das Relais aktiv.
	Falsche Funktion gewählt	R5	Menü Nr. 2X02 : GW : Grenzwert PRI : Proportionale Impulslängen Regelung PRF : Proportionale Frequenz Regelung Alarm : Alarm (Signalton ein/aus)
	Relais auf Wischkontakt statt auf Dauerkontakt eingestellt	R6	Menü Nr. 2X11 DAUER eingestellt (Standard) (Das Relais bleibt für die Zeit der Grenzwertüberschreitung aktiv) oder WISCH eingestellt (Das Relais zieht bei einer Grenzwertüberschreitung kurz an und fällt dann wieder ab)
	Ein- oder Ausschalt-Verzögerung eingestellt	R7	Menü Nr. 2X14 T.E.V. (Einschaltverzögerung) Menü Nr. 2X15 T.A.V. (Ausschaltverzögerung) (Werte in Sekunden) evtl. Wenn dort eine Null steht, diese durch zweimaliges Drücken von ENTER bestätigen.
	Oberem mit unterem Grenzwert vertauscht	R8	GW↑ Das Relais zieht bei Überschreitung des eingestellten Grenzwertes an und fällt bei Unterschreitung incl. der eingestellten Hysterese wieder ab.
	Unteren mit oberem Grenzwert vertauscht	R9	GW↓ Das Relais zieht bei Unterschreitung des eingestellten Grenzwertes an und fällt bei Überschreitung incl. der eingestellten Hysterese wieder ab.
	Alarm Zeitverzögerung falsch eingestellt	R10	Menü Nr. 2X13 T.V. (Wert in Minuten)
	PRI/PRF	R11	siehe Seite Proportional-Regelung
	I-Anteil	R12	Menü Nr. 2X10 Nur wichtig , um bleibende P-Abweichung zu beseitigen z.B. für Durchlaufneutralisation. (Standard 0 %)
	(nur Smart 96) Falsche Messgröße zugeordnet	R13	Menü Nr. 2X03 Zuordnung beachten.



Proportional-Regelung (PRI/PRF) (X steht für die Kanal Nr.)



Menü Nr. 2X02	PRI = Proportionale Impulslängenregelung PRF = Proportionale Impulsfrequenzregelung
Ausgangssignal bei PRI Menü Nr. 2X10 Periodendauer	
Ausgangssignal bei PRF Menü Nr. 2X10 Maximale Impulsfolgefrequenz (Hz) Hz = Impulse pro Sekunde Impulslänge = 170 ms	